

CERTIFICAT D'ANALYSE MICROBIOLOGIQUE

Ref : 12BP077
Réalisation selon la Norme ISO 22196
02/11/2012

SANIPUR



Support : Appliqué sur toile de verre Vitrulan référence 152

MICRO-ORGANISME		% DE BACTERIES ELIMINEES Après 24h de temps de contact
Escherichia coli	ATCC 8739	≥ 99,9 %
Staphylococcus aureus	ATCC 6538	≥ 99,9 %
MRSA	ATCC 33591	≥ 99,9 %
Enterococcus hirae	ATCC 10451	99,7 %
Pseudomonas aeruginosa	ATCC 9027	≥ 99,9 %
Acinetobacter baumannii	ATCC 19606	≥ 99,9 %
Streptococcus pneumoniae	ATCC 6305	≥ 99,9 %

Thierry, Lacour / Doctorat en Biotechnologie

BioPreserv, Espace Jacques Louis Lions, 4 traverse Dupont, 06130 Grasse, Tél : 04 89 85 60 28
contact@biopreserv.r